

User Instruction Manual


Oxford® 4-Point Positioning Cradle

To avoid injury, read user manual prior to use. For alternative languages, contact your authorised service provider. Always refer to www.oxfordhealthcare.co.uk for latest revision.

Manuale d'uso per l'utente

Oxford® 4-Point Positioning Cradle

Per evitare possibili lesioni, prima dell'uso leggere questo manuale. Per altre lingue, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Fare sempre riferimento a www.oxfordhealthcare.co.uk per l'ultima revisione.



Contents

- 1. Safety Warnings 3
- 2. Assembly Instructions 5
- 3. Maintenance 8
- 4. Warranty 9

1. Safety Warnings

NOTE: Assembly instructions pertain to the type of lifter boom that you will be attaching to the cradle. Follow the appropriate instructions based upon your lifter and model ordered.

WARNING

- **The Oxford Cradle does not increase the maximum weight capacity of a lifter. For maximum weight capacity of lifter please refer to the owners manual that was shipped with the lifter, or for additional copies call Customer Service.**
- **For patient use, refer to the separate manual included with your lifter. If you did not receive a copy or require additional copies call Customer Service.**
- **Using other manufacturers' parts on Oxford products is unsafe and may result in serious injury to patient and/or attendant. Use only Oxford lifter parts on Oxford products. Oxford parts are not interchangeable with other manufacturers' products. Replace worn parts immediately.**
- **Torn, frayed, or broken slings could fail resulting in serious injury or death to patient. Only use slings in good condition. Destroy and discard old and unusable slings.**

Serious Incident Reporting

In the event of a serious incident taking place during use of this product, affecting the patient and/or care-giver, it must be reported to the product manufacturer or authorised distributor.

Should the incident take place within the European Union (EU), it must also be reported to the local competent authority within the member state.

KEY SYMBOLS:

The following symbols are used on the charger, control unit and battery:



This product is a Medical Device in accordance with EU Medical Device Regulation 2017/745.



For indoor use.



ATTENTION, consult accompanying documents.



Refer to the user instructions before use (Blue background).



Certification mark indicating conformity with the applicable requirements for products sold within Great Britain.



A point of contact between the non-European medical device manufacturer, the national Competent Authorities (Ministry of Health) and Notified Bodies.



A unique device identification intended to provide single, globally harmonised positive identification of medical devices through distribution and use.



Indicates the entity importing the medical device into the locale.



CE marking demonstrating compliance with the medical device regulations. The CE marking indicates that the legal manufacturer has assessed the device and that it meets the General Safety and Performance Requirements under the MDR 2017/745.

2. Assembly Instructions

Lifter Model: OXF-PRESENCE
OXF-STATURE

Cradle Model Number: 0Y0050
0Y0189

Tools Required: Flat blade screwdriver

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY:

Your Oxford Presence lift has the option of using both a 6-point spreader bar or 4-point positioning cradle.

The removal of either of these spreader bars is completed easily by the use of a quick-release pin. This is done quickly and easily, but you must read the following safety instructions to ensure the spreader bar is safely locked into position before use.

Removal:

1. To detach pin, depress the spring bar (Fig. 1 and 2).




Fig. 1




Fig. 2

2. Pull the pin out (Fig. 3, item 1).
3. Support the spreader bar, and then pull the pin sleeve (Fig. 3, item 2) in the opposite direction, removing it from the boom. This will release the spreader bar completely (Fig 4).




Fig. 3




Fig. 4

Connection:

1. To connect, raise the spreader bar up toward the boom slot (Fig. 5). Insert the pin sleeve through the plastic end cap and to support the cradle (Fig. 6, item 1).
2. Once aligned in the boom slot, reinsert the quick release pin fully into the sleeve until it locks into position (Fig. 6, item 2).




Fig. 5




Fig. 6

3. **YOU MUST CHECK THAT THE PIN IS SECURELY FITTED.** To do this, press your finger into the barbed end. If the pin remains stationary, the lift is safe to use (Fig. 7).

Conduct final inspection to ensure that all parts are secure (Fig. 8).




Fig. 7




Fig. 8

⚠ WARNING

The pin sleeve must engage through bracket on both sides. If the sleeve is not fully engaged, misalignment and premature failure may result in injury/death to patient/attendant.

3. Maintenance

Cleaning

Clean with ordinary soap and water and/or any hard surface disinfectant. Harsh chemical cleaners or abrasives should be avoided as these may damage the surface finish of the product. Avoid wetting any of the electrical parts. After cleaning, the unit should be thoroughly dried.

End of Life Disposal

Slings: Slings and associated material accessories should be sorted as combustible waste in accordance with local or national regulations.

4. Warranty

Oxford has an established network of authorised distributors and service agents who will be pleased to handle all of your purchasing, warranty, repair and maintenance enquiries. It is recommended that our products are commissioned by your authorised distributor or service agent.

The distributor or service agent operates the warranty programme, so it is important to keep a record of their name, address and telephone number so they can be contacted should any problem arise. If you are in any doubt as to where your lift was purchased, Oxford can trace the supplier if you quote the serial number of the lift.

All warranty claims are subject to the correct use and maintenance in accordance with the user instruction manual provided with each lift. Damage caused by use in unsuitable environmental conditions or failure to maintain the product in accordance with user and service instructions is not covered. Your statutory rights remain unaffected.

REMEMBER: Contact your authorised distributor or service agent for purchases, repairs, servicing and certified maintenance.

Your distributor:

Sommario

- 1. Avvertenze di sicurezza 11
- 2. Istruzioni per il montaggio 13
- 3. Manutenzione 16
- 4. Garanzia 17

1. Avvertenze di sicurezza

NOTA: Le istruzioni per il montaggio fanno riferimento al tipo di braccio di sollevamento che verrà agganciato al sistema di posizionamento. Attenersi alle istruzioni appropriate in base al sollevatore e al modello ordinato.

AVVERTENZA

- Il sistema di posizionamento Oxford non aumenta il carico massimo ammissibile di un sollevatore. Per il carico massimo ammissibile di un sollevatore fare riferimento al Manuale d'uso consegnato con il sollevatore, oppure richiederne ulteriori copie all'Assistenza clienti.
- Per l'uso su pazienti fare riferimento al Manuale separato consegnato con il sollevatore. Se non si possiede una copia, oppure se si desidera richiederne altre, contattare l'Assistenza clienti.
- L'adozione su prodotti Oxford di componenti di altri fabbricanti non garantisce la sicurezza e può causare gravi lesioni personali al paziente o all'operatore. Sui prodotti Oxford usare solo ricambi per sollevatori Oxford. I componenti Oxford non sono intercambiabili con prodotti di altri fabbricanti. Sostituire immediatamente i componenti usurati.
- Imbracature strappate, sfrangiate o danneggiate potrebbero cedere e provocare gravi lesioni personali o la morte del paziente. Usare esclusivamente imbracature in buone condizioni. Distruggere ed eliminare le imbracature vecchie e inutilizzabili.

Segnalazione di incidenti gravi

Nel caso in cui durante l'uso di questo prodotto si sia verificato un incidente grave che abbia coinvolto l'utente o l'assistente è necessario segnalarlo al fabbricante del prodotto o al rivenditore autorizzato. Se l'incidente si verifica in uno Stato dell'Unione europea (UE) lo si deve segnalare anche all'Autorità competente dello Stato membro di residenza.

SIMBOLI:

Sul caricabatterie, sull'unità di controllo e sulla batteria sono applicati i simboli seguenti:



Prodotto classificato come Dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2027/745 relativo ai Dispositivi medici Regolamento 2017/745.



Per solo uso in ambienti interni.



ATTENZIONE: fare riferimento alla documentazione di accompagnamento



Prima dell'uso fare riferimento alle Istruzioni per l'utente (sfondo blu).



Marchio di certificazione che indica la conformità ai requisiti richiesti per i prodotti commercializzati in Gran Bretagna.



Indicazioni per contattare il fabbricante di dispositivi medici non europeo, le Autorità nazionali competenti (Ministero della salute) ed Enti certificati.



Identificazione univoca del dispositivo destinata a fornire un'indicazione univoca e armonizzata per la distribuzione e l'utilizzo di Dispositivi medici.



Indica l'entità che importa il Dispositivo medico nel mercato locale.



Marchatura CE che attesta la conformità alle normative sui dispositivi medici. La marcatura CE indica che il produttore legale ha valutato il dispositivo e che soddisfa i requisiti generali di sicurezza e prestazione ai sensi del MDR 2017/745.

2. Istruzioni per il montaggio

Modello sollevatore:

OXF-PRESENCE

OXF-STATURE

Codice modello sistema di posizionamento:

0Y0050

0Y0189

Strumenti necessari:

cacciavite a lama piatta

SEGUIRE ESATTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Il sollevatore Oxford Presence consente di usare sia bilancieri per il sollevamento a 6 punti sia sistemi di posizionamento a 4 punti.

La rimozione di uno dei bilancieri per il sollevamento è facile e prevede solo l'utilizzo del perno a sgancio rapido. La rimozione è rapida e facile ma, prima dell'uso, per accertarsi che il bilanciere per il sollevamento sia bloccato in posizione è necessario attenersi alle seguenti misure di sicurezza.

Rimozione:

1. Per staccare il perno, rilasciare lo spinotto a molla (Fig. 1 e 2).




Fig. 1




Fig. 2

2. Estrarre il perno (Fig. 3, n. 1).
3. Sostenere il bilanciamento e, quindi, tirare il manicotto del perno (Fig. 3, n. 2) in direzione opposta estraendolo completamente dal braccio di sollevamento. Il bilanciamento per il sollevamento si sbloccherà completamente (Fig. 4).




Fig. 3




Fig. 4

Collegamento:

1. Per collegarlo, sollevare e inserire il bilanciamento per il sollevamento nell'elemento di aggancio del braccio di sollevamento (Fig. 5). Inserire il manicotto del perno nel cappello di plastica finale per il sostegno del sistema di posizionamento (Fig. 6, n. 1).
2. Dopo averlo allineato all'elemento di aggancio del braccio di sollevamento, reinserire completamente il perno a sgancio rapido nel manicotto fino a quando si blocca in posizione (Fig. 6, n. 2).




Fig. 5




Fig. 6

- 3. ASSICURARSI CHE IL PERNO SIA INSERITO CORRETTAMENTE.** Per farlo, premere con il dito sull'estremità appuntita. Se il perno non si muove, il sollevatore potrà essere usato in sicurezza (Fig. 7).

Procedere ora con un'ispezione finale per accertarsi che tutti i componenti siano correttamente fissati (Fig. 8).




Fig. 7




Fig. 8

⚠ AVVERTENZA

Il manicotto del perno deve agganciarsi alle staffe su entrambi i lati. Se il manicotto non si aggancia completamente si potrebbe verificare un disallineamento e un cedimento imprevisto potrebbe causare lesioni personali/la morte del paziente/operatore.

3. Manutenzione

Pulizia

Pulire con sapone comune e acqua e/o un qualsiasi disinfettante per superfici dure. Evitare di usare prodotti chimici aggressivi o abrasivi in quanto potrebbero danneggiare le finiture superficiali del prodotto. Evitare di bagnare le parti elettriche. Dopo la pulizia asciugare completamente l'unità.

Smaltimento a fine vita

Imbracature: Le imbracature e gli accessori associati devono essere considerati come materiali infiammabili attenendosi ai regolamenti di smaltimento locali in vigore.

4. Garanzia

Oxford ha una propria rete di rivenditori autorizzati e di centri di assistenza che saranno lieti di gestire tutte le richieste di acquisto, garanzia, riparazione e manutenzione. Si raccomanda di fare eseguire la messa in servizio dei nostri prodotti da un rivenditore o da un centro di assistenza autorizzato.

I rivenditori o i centri di assistenza gestiscono i programmi di garanzia e, pertanto, è importante annotarne il nome, l'indirizzo e il numero di telefono, in modo da poterli contattare in caso di necessità. Se non si è sicuri di dove sia stato acquistato il sollevatore, Oxford potrà rintracciare il rivenditore mediante il numero di serie del sollevatore.

Tutte le richieste di intervento in garanzia sono soggette all'uso appropriato e al rispetto del programma di manutenzione dell'apparecchiatura, così come descritti nel Manuale per l'utente fornito con ogni sollevatore. La garanzia non copre eventuali danni causati dall'uso in condizioni ambientali non appropriate, oppure dalla mancata osservanza del programma di manutenzione indicato nelle istruzioni per l'utente e di assistenza. Rimangono, tuttavia, inalterati i diritti garantiti dalle leggi in vigore.

RICORDARE: Per gli acquisti, le riparazioni, l'assistenza e gli interventi di manutenzione certificati rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

Rivenditore/Distributore:

oxford

 Oxford Medical Healthcare Ltd
Drakes Broughton Business Park, Worcester Road, Drakes Broughton
Persore, Worcestershire, WR10 2AG United Kingdom
(T) 0344 811 1158 • (W) www.oxfordhealthcare.co.uk • (E) info@oxfordhealthcare.co.uk